



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 30.АЦ.02.000.М.000190.05.21 ОТ 21.05.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

г. Астрахань, ул. Московская/пер Березовский, д. 12/2-4, кадастровый номер: 30:12:020337:51, этаж 1, части нежилого помещения №№ 23, 24, 25 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "САЛЮТЕМ". г. Астрахань, ул. Эспланадная, д. 35/13, литер ББ1 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования к радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения". СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 1132 от 18.05.2021 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области".

Заключение действительно до 21.05.2026 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3318708



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 30.АЦ.02.000.М.000190.05.21 от 21.05.2021 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

Перечень выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих деятельность в области использования источников ионизирующего излучения при проведении рентгеновских медицинских исследований: эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих), хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих).

1. Тип аппарата - система рентгеновская диагностическая
2. Марка аппарата - Dixon Redikom.
3. Фирма, завод-изготовитель - "ДРГЕМ Корпорейшн", Республика Корея.
4. Год выпуска - 2021 г.
5. Год ввода в эксплуатацию - 2021 г.
6. Заводской номер № DRH2110002A.
8. Номинальное напряжение - 40-100 кВ.
9. Номинальная сила тока - 25-60 мА.
10. Характеристика источника ионизирующего излучения - рентгеновская трубка.
11. Вид работ - медицинское обследование.
12. Ограничительные условия - запрещается работа без индивидуальных дозиметров.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

